HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: SILLAS DE RUEDAS

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR	PROVEEDOR REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS		PROVEEDOR IMCOLMEDICA S.A	
	ESPECIFICACIONES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Estructura fabricada en acero Cold Rolled de alta resistencia, apto para la aplicación de desinfectantes de grado hospitalario, con acabado en pintura electrostática en polvo	X	___	X	___
2	Apoyabrazos fijos y acolchados, con base plástica y forrados en cordobán, abatibles .	X	___	X	___
3	Asiento y espaldar fabricados en material sintético de alta resistencia, tapizados en material con propiedades antimicrobianas, resistente al cloro y a productos químicos utilizados para desinfección en altas concentraciones, impermeable, de superficie no porosa, retardante al fuego y sin costuras expuestas.	X	___	X	___
4	Reposapiés abatibles esgonomicos y de accionamiento por presion con regulación de inclinación y altura.	X	___	X	___
5	Configuración: Silla de facil transporte .	X	___	X	___
6	Dimensiones generales : 640 mm de ancho × 890 mm de alto × 1.100 mm de largo. (con un rango de 10% de variación en la medida)	X	___	X	___
7	Capacidad de carga segura entre 100 kg a 140 Kg	X	___	X	___
8	Peso neto de la sila con sus accesorios entre 20 a 60 kg	X	___	X	___
9	Empuñaduras ubicadas detrás del espaldar para facilitar el desplazamiento, ergonomia y maniobra de la silla por parte del personal asisencial.	X		X	___
10	Ruedas: Ruedas antideslizantes antivuelco de goma maciza y rin fabricado en plástico inyectado; deberán contar con aros de impulso . Con Aros de propulsión Integrados en las ruedas traseras, fabricados en material plástico de tacto frío y superficie antideslizante	X	___	X	___
11	Sistema de frenado: Palanca de bloqueo bilateral de alta presión para permitir la inmovilización de la silla durante las paradas.	X	___	X	___
12	Soporte para bala de oxígeno: Fabricado en acero inoxidable, compatible con tanques tipo E, diseñado para proporcionar una fijación segura al bastidor de la silla.	X	___	___	X
13	gancho de soporte para bolsa Foley	X	___	X	___
14	Atril porta suero: Fabricado en acero inoxidable, con doble gancho superior para soporte simultáneo de dos bolsas de solución. Estructura tubular de alta resistencia, con acabado pulido sanitario que facilite la limpieza y desinfección.	X	___	X	___
15	Marcación personalizada ubicada en el espaldar de la silla.	X	___	___	X
16	Garantía minima de 3 años	X	___	___	X
17	Ejecución de mantenimientos preventivos durante el período de garantía, según recomendación, indicaciones y protocolos del fabricante.	X	___	___	X
18	Inclusión de mantenimientos correctivos ilimitados durante la garantía sin costo adicional por defectos atribuibles al fabricante.	X	___	___	X
19	Vida útil mínima de 10 años.	X	___	___	X
20	Entrenamiento clínico y técnico: Capacitación antes de la entrega del equipo al servicio asistencial y mínimo 2 sesiones completas para personal asistencial y técnicos por cada año de garantía.	X	___	X	___
21	Compatible con claxxin (cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm)	X	___	X	___
22	Material apropiado para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo	X	___	X	___

Proceso responsable validación
Fecha Concepto
Nombre: Rene Hurtado Aguilar CC: 1032397839
Firma 