HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: SILLA ACOMPAÑANTE

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR	PROVEEDOR IMCOLMEDICA S.A	
	ESPECIFICACIONES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Silla reclinable de uso hospitalario, para paciente hospitalización y/o acompañante, con espaldar reclinable y apoyapiés integrado	___	X
2	Estructura fabricada en acero Cold Rolled, con acabado en pintura de aplicación electrostática para protección contra la corrosión	___	X
3	Espuma Ultradura / Alta Gama (más de 40 kg/m³)	X	___
4	químicos utilizados para limpieza y desinfección en altas concentraciones, con propiedades retardantes al fuego y sin costuras expuestas	X	___
5	Soportes inferiores fijos, tipo patas, fabricados en acero inoxidable, con altura de 60 mm y niveladores.	___	X
6	Dimensiones: 80,8 cm de ancho × 86,0 cm de fondo × 109 cm de alto, con una variación admisible de hasta ±10 %.	___	X
7	Altura del Asiento: 45cm	___	X
8	La silla deberá ser de tres planos, conformada por un plano fijo y dos móviles, con respaldo y apoyapiés de accionamiento mecánico independiente, permitiendo al usuario ajustar y mantener cada elemento en la posición requerida. Deberá permitir, como mínimo, posición	___	X
9	Peso neto: inferior entre 60 a 80 kg	___	X
10	Capacidad de carga: 120 kg a 140 kg	___	X
11	Espaldar conformado por dos secciones, con costura repisada.	___	X
12	Sistema de reclinación y ecualización: mecanismo interno fabricado en hierro, accionado mediante guaya y manija lateral, que permite la regulación de la inclinación del espaldar y el accionamiento del sistema de apoyo de pies, los niveles de ben se ajusado de forma manual por el	___	X
13	Tres (3) años de garantía en la estructura y herrajes y un (1) año de garantía en espuma y tapicería por defectos de fabrica.	___	X
14	Garantía mínima de 1 años en TAPIZADO	X	___
15	Ejecución de mantenimientos preventivos durante el período de garantía, según recomendación, indicaciones y protocolos del fabricante.	X	___
16	Inclusión de mantenimientos correctivos ilimitados durante la garantía sin costo adicional por defectos atribuibles al fabricante.	___	X
17	Vida útil mínima de 10 años.	___	X
18	Entrenamiento clínico y técnico: Capacitación antes de la entrega del equipo al servicio asistencial y mínimo 2 sesiones completas para personal asistencial y técnicos por cada año de garantía.	___	X
19	Compatible con claxxin (cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm)	___	X
20	Material apropiado para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo	X	___

Proceso responsable validación
Fecha Concepto
Nombre: Rene Hurtado Aguilar CC: 1032397839
Firma 