HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

**HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL**
**DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN**
**INVITACIÓN ABIERTA 2026**
**EQUIPO BIOMEDICO**

**AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: MÁQUINAS DE ANESTESIA**

| | | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR | PROVEEDOR | | PROVEEDOR | | PROVEEDOR | | PROVEEDOR | | PROVEEDOR | | PROVEEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penlon- Supaera 50A -EQUITRONIC | | Mindray A8- BIMEDCO | | General Electric Carestation-750 GBARCO | | Perseus- DRAEGER | | Mindray A7- TECNICA ELECTROMEDICA | | Heyer AG70 - HOSPITECNICA | |
| | | ESPECIFICACIONES GENERALES | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | Tipo de sistema | Estación de trabajo de anestesia integrada: Ventilador + monitoreo | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| 2 | Material | **Chasis y Estructura Externa: La cubierta exterior está construida de aluminio, aceros esmaltados, ABS de alto impacto, hierro, termoplásticos u otros materiales de alta duración. Deben ser anticorrosivos.** | | X | X | | X | | X | | X | | | X |
| 3 | Autonomía eléctrica | **Batería de respaldo: Mínimo 60 minutos de operación continua** | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| | | SISTEMA DE VENTILACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sensores de flujo | Digital mínimo: 0,1 - a 15 LPM | | X | | X | X | | | | | X | | X |
| 5 | Modos ventilatorios | VCV, PCV, **SIMV, PSV, manual/espontáneo, PCVG o modos equivalentes** | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 6 | Rango de volumen tidal | mínimo: 20-1500 mL | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 7 | Rango de PEEP | **2-35 cmH2O mínimo ajustable** | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 8 | Frecuencia respiratoria | mínimo: 4-90 rpm | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 9 | Compensación de compliance y fugas | Ajuste automantico del circuito respiratorio | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 10 | Tecnología de ventilación | Sistema de turbina o gas motriz o intercambiador de volumen | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 11 | Flush O2 | Mínimo de 40 LPM | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 12 | Tipo de sistema circuito | Cerrado, Semicerrado o con reinhalación parcial | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| | | SISTEMA DE SUMINISTRO DE GASES | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Gases soportados | O2, aire medicinal | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 14 | Entradas de gas central | Tomas chemetron | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 15 | Cilindros de reserva | Soporte para cilindros tipo E, Mínimo 1 de O2 | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 16 | Mezclador de gases | Electrónico o digital , control preciso de FiO2 | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 17 | Alarma de falla de suministro | Para O2 y aire medicinal | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 18 | Analizador de O2 | Celda electroquímica o paramagnética integrado al sistema | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 19 | Medición | Calculadora de consumo de anestésicos | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 20 | Salida de gas | Método AGSS o filtro pasivo | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 21 | Concentración de O2 | 21 al 100 % | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| | | VAPORIZADORES | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Agentes calibrados | Mínimo: Sevoflurano | | X | | X | X | | | | | X | X | |
| 23 | Sistema de interbloqueo (interlock), Auto Exclusión o Selectatec | Impide activación simultánea, (uso de un vaporizar en el mismo momento) | | X | | X | X | | | | | X | X | |
| | | MONITOREO INTEGRADO | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Gases anestésicos | **Medición continua Capnografía (EtCO2), agente inspirado/espirado (MAC) (La medición de este parametro debe ser realizada desde la maquina de anestesia no del monitor)** | | X | | X | X | | | | | X | X | |
| 25 | Oximetría de pulso | SpO2: 1% -100% | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 26 | Presión arterial | No invasiva (PANI) mínimo entre 10 y 260 mmHg. | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 27 | Presión arterial | invasiva (PAI) 30 mmHg y 250 mmHg | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 28 | ECG | 3 y 5 derivaciones, Monitoreó continuo mínimo entre 15- 150 BPM | | X | | X | X | | | | | X | X | |
| 29 | Temperatura | Al menos 2 canales, Central y periférica | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 30 | Mecánica ventilatoria | Visualización en pantalla de Curvas y bucles (presión-volumen, presión-tiempo, flujo-tiempo) | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 31 | Presión de vía aérea | Pico, meseta, media (Monitoreo continuo) | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 32 | Profundidad anestésica | BIS o entropía entre 0-100 | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 33 | Relajación neuromuscular (TOF) | Monitoreo modular mínimo entre 5 % y 160 % | | X | X | | X | | | | X | | X | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISTEMA DE ABSORCIÓN DE CO2 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Cal sodada | Cánister reutilizable, con sistema de facil extracción mínimo 950 ml, el equipo debe permitir el cambio durante la ventilación sin generar fuga. | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| 35 | Indicador de saturación | Alerta de agotamiento: Cambio de color visual | | X | X | | X | | | | X | | X | |
| | | SEGURIDAD Y ALARMAS | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Alarmas configurables | Presión alta/baja, desconexión, apnea, FiO2, EtCO2, falla eléctrica (Umbrales ajustables) | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| 37 | Ventilación manual de respaldo | Bolsa autoinflable (Siempre disponible) | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| 38 | Válvula de sobrepresión (APL) | Válvula de seguridad de ajuste manual | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| 39 | Registro de eventos | Log de alarmas y eventos, mínimo 400 registros almacenados de facil consulta | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| | | INTERFAZ Y USABILIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Pantalla, | Táctil a color, mínimo de 8 pulgadas, y tipo de pantalla mínima: LCD | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| 41 | Perfiles de usuario | El equipo debe permitir realizar configuraciones personalizables y estas se deben poder almacenar. | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| 42 | Conectividad | Exportación de datos, integración HIS ,Ethernet/HL7, (esto puede ser desde el monitor o de la maquina de anestesia siempre y cuando se garantice la trasmisición de la totalidad de los parametros) | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| | | DISEÑO FISICO Y ERGONOMIA | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Superficie de trabajo | Área útil de mínimo 2300 cm² | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| 44 | Almacenamiento | La máquina de anestesia deberá contar con un sistema de almacenamiento para insumos clínicos con una capacidad útil mínima de 10 litros. Se aceptarán configuraciones con uno o más cajones o compartimientos que, en conjunto, cumplan o superen dicha capacidad. | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| 45 | Rieles laterales | Compatibles con accesorios estándar (americano) | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| 46 | Bandeja de trabajo | Auxiliar para el anestesiólogo (deslizable, escamoteable o integrada). | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| | | MANTENIMIENTO Y TRAZABILIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Autochequeo (self-test) | Automático al encendido: Verificación de Fugas, compliance, calibración de sensores | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| 49 | Calibración automática | Sensores de flujo y O2. | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| 50 | Historial de pruebas (fugas, calibración, etc) | Accesible desde el equipo | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| | | NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Normas técnicas | IEC 60601-1 / IEC 80601-2-13 | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 52 | Norma de monitores de gases | ISO 80601-2-55 | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | | LIMPIEZA Y DESINFECCION | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Compatabilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 55 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza. | | X | X | | X | | X | | X | | X | |
| | | GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Registro sanitario | Vigente | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 57 | Vida útil | mínima de 7 años | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 58 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

- Los requisitos mínimos no dan bajo flujo. el vaporizador no contempla la MAC Pregrama

Guillermo Gaspiver

Sebastian
Coordinador biomédica

- Los requisitos hacer la estructura no fue resistente y facil de ~~transportar~~ transportar.
La capnografia que usa la requisitos tiene dispositivo que pueda romperse y la toma es lateral. la dosificación del halogenado no fue la adecuada.

HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Puntuación maxima: 40 puntos

**Evaluación técnica del servicio para el equipo Máquina de anestesia General electric carestation 750-Gbarco**

| criterio | Categoria | Parámetro a Evaluar | Descripción de la Prueba / Métrica Objetiva | Puntuación 0 | Puntuación 5 | Puntuación 10 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post venta | Garantia adicional | 1) 1 año<br>2) 2 años | No cumple ningun item | Cumple con el item 1 | Cumple con el item 2 | |
| 2 | Ventilación avanzada | Modos ventilatorios adicionales a VCV, PCV, SIMV, PSV, manual/espontáneo y PCVG. | 1) Incluye y entrega habilitado 1 modo avanzado adicional (p. ej., APRV/BiLevel o soporte)<br>2) Incluye y entrega habilitados 2 o más modos avanzados adicionales, o un modo de lazo cerrado con ajuste automático basado en variables del paciente. | No cumple ningun item | Cumple con el item 1 | Cumple con el item 2 | |
| 3 | Bajo flujo y agente | Asistencia avanzada para anestesia de bajo flujo y control de concentración. | 1) Incluye asesor de bajo flujo con recomendaciones en tiempo real de flujo de gas fresco y agente.<br>2) Incluye control automático por objetivo de concentración espirada de agente y/o O2, con límites de seguridad y retorno a control manual. | No cumple ningun item | Cumple con el item 1 | Cumple con el item 2 | |
| 4 | Protección pulmonar | Herramientas automatizadas para ventilación protectora y evaluación pulmonar.<br>Demostración funcional y manual: maniobra de reclutamiento, cálculo/visualización de driving pressure, PEEP titulada, tendencias de compliance o herramienta equivalente. | 1 ) Incluye al menos 1 herramienta adicional habilitada.<br>2) Incluye 2 o más herramientas adicionales habilitadas, con tendencias o reporte exportable del caso. | No cumple ningun item | Cumple con el item 1 | Cumple con el item 2 | |
| | | | Puntaje total | 40 | | | |

Firma
Cargo

✓

Firma
Cargo coordinador biomédica

HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Puntuación maxima: 40 puntos

**Evaluación técnica del servicio para el equipo Máquina de anestesia Draeger Perseus A500**

| criterio | Categoria | Parámetro a Evaluar | Descripción de la Prueba / Métrica Objetiva | Puntuación 0 | Puntuación 5 | Puntuación 10 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post venta | Garantía adicional | 1) 1 año<br>2) 2 años | No cumple ningun item | Cumple con el item 1 | Cumple con el item 2 | |
| 2 | Ventilación avanzada | Modos ventilatorios adicionales a VCV, PCV, SIMV, PSV, manual/espontáneo y PCVG. | 1) Incluye y entrega habilitado 1 modo avanzado adicional (p. ej., APRV/BiLevel o soporte)<br>2) Incluye y entrega habilitados 2 o más modos avanzados adicionales, o un modo de lazo cerrado con ajuste automático basado en variables del paciente. | No cumple ningun item | Cumple con el item 1 | Cumple con el item 2 | |
| 3 | Bajo flujo y agente | Asistencia avanzada para anestesia de bajo flujo y control de concentración. | 1) Incluye asesor de bajo flujo con recomendaciones en tiempo real de flujo de gas fresco y agente.<br>2) Incluye control automático por objetivo de concentración espirada de agente y/o O2, con límites de seguridad y retorno a control manual. | No cumple ningun item | Cumple con el item 1 | Cumple con el item 2 | |
| 4 | Protección pulmonar | Herramientas automatizadas para ventilación protectora y evaluación pulmonar.<br>Demostración funcional y manual: maniobra de reclutamiento, cálculo/visualización de driving pressure, PEEP titulada, tendencias de compliance o herramienta equivalente. | 1 ) Incluye al menos 1 herramienta adicional habilitada.<br>2) Incluye 2 o más herramientas adicionales habilitadas, con tendencias o reporte exportable del caso. | No cumple ningun item | Cumple con el item 1 | Cumple con el item 2 | |
| | | | Puntaje total | | 15 | | |

Firma
Cargo

✓

Firma
Cargo coordinadora biomédica.