HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Puntuación maxima: 40 puntos

Evaluación técnica del servicio para el equipo Monitor de signos vitales Hospitalización Mindray EPM 10 Tecnica electromedica

criterio	Categoría	Parámetro a Evaluar	Descripción de la Prueba / Métrica Objetiva	Puntuación 2	Puntuación 5	Puntuación 10	Observaciones
1	Visualización	Prestaciones de la pantalla	1. Pantalla superior a 7". 2. Resolución superior a 800 × 480 píxeles. 3. Visualización simultánea de más de 2 curvas fisiológicas. 4. Visualización simultánes de más de 4 parámetros numéricos. 5. Ajuste automático del brillo según la iluminación ambiental.	Cumple con 1 o 2 ítems.	Cumple con 3 o 4 ítems.	Cumple con los 5 ítems.	
2	Gestión de información	Capacidad de almacenamiento y consulta	1. Almacenamiento de tendencias superior a 72 horas. 2. Registro superior a 500 eventos clínicos o de alarma. 3. Revisión retrospectiva superior a 100 pacientes o eventos. 4. Exportación de tendencias gráficas además de datos numéricos.	Cumple con 1 o 2 ítems.	Cumple con 3 o 4 ítems.	Cumple con los 5 ítems.	
3	Movilidad	Autonomía y transporte	1. Batería de 4 horas de funcionamiento. 2. Batería de 5 horas de funcionamiento. 3. Batería de 6 horas de funcionamiento o más.	Cumple con el ítem 1	Cumple con el ítem 2	Cumple con el ítem 3	
4	Post venta	Garantía extendida	1) 6 meses 2) 12 meses 3) 2 años o más	Cumple con el ítem 1.	Cumple con el ítem 2.	Cumple con el ítem 3.	
			Puntaje total	22			

Firma
Coordinador biomédico

Firma
Jefe o director del servicio

HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Puntuación maxima: 40 puntos

Evaluación técnica del servicio para el equipo Monitor de signos vitales Hospitalización Philips VS30

criterio	Categoría	Parámetro a Evaluar	Descripción de la Prueba / Métrica Objetiva	Puntuación 2	Puntuación 5	Puntuación 10	Observaciones
1	Visualización	Prestaciones de la pantalla	1. Pantalla superior a 7". 2. Resolución superior a 800 × 480 píxeles. 3. Visualización simultánea de más de 2 curvas fisiológicas. 4. Visualización simultánea de más de 4 parámetros numéricos. 5. Ajuste automático del brillo según la iluminación ambiental.	Cumple con 1 o 2 ítems.	Cumple con 3 o 4 ítems.	Cumple con los 5 ítems.	
2	Gestión de información	Capacidad de almacenamiento y consulta	1. Almacenamiento de tendencias superior a 72 horas. 2. Registro superior a 500 eventos clínicos o de alarma. 3. Revisión retrospectiva superior a 100 pacientes o eventos. 4. Exportación de tendencias gráficas además de datos numéricos.	Cumple con 1 o 2 ítems.	Cumple con 3 o 4 ítems.	Cumple con los 5 ítems.	
3	Movilidad	Autonomía y transporte	1. Batería de 4 horas de funcionamiento. 2. Batería de 5 horas de funcionamiento. 3. Batería de 6 horas de funcionamiento o más.	Cumple con el ítem 1	Cumple con el ítem 2	Cumple con el ítem 3	
4	Post venta	Garantía extendida	1) 6 meses 2) 12 meses 3) 2 años o más	Cumple con el ítem 1.	Cumple con el ítem 2.	Cumple con el ítem 3.	
			Puntaje total	**22**			

Sebastian C

Firma
Coordinador biomédico

* Carlos B

Firma
Jefe o director del servicio

HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Puntuación maxima: 40 puntos

Evaluación técnica del servicio para el equipo Monitor de signos vitales Hospitalización Draeger Vista 300S

criterio	Categoría	Parámetro a Evaluar	Descripción de la Prueba / Métrica Objetiva	Puntuación 2	Puntuación 5	Puntuación 10	Observaciones
1	Visualización	Prestaciones de la pantalla	1. Pantalla superior a 7". 2. Resolución superior a 800 × 480 píxeles. 3. Visualización simultánea de más de 2 curvas fisiológicas. 4. Visualización simultánea de más de 4 parámetros numéricos. 5. Ajuste automático del brillo según la iluminación ambiental.	Cumple con 1 o 2 ítems.	Cumple con 3 o 4 ítems.	Cumple con los 5 ítems.	
2	Gestión de Información	Capacidad de almacenamiento y consulta	1. Almacenamiento de tendencias superior a 72 horas. 2. Registro superior a 500 eventos clínicos o de alarma. 3. Revisión retrospectiva superior a 100 pacientes o eventos. 4. Exportación de tendencias gráficas además de datos numéricos.	Cumple con 1 o 2 ítems.	Cumple con 3 o 4 ítems.	Cumple con los 5 ítems.	
3	Movilidad	Autonomía y transporte	1. Batería de 4 horas de funcionamiento. 2. Batería de 5 horas de funcionamiento. 3. Batería de 6 horas de funcionamiento o más.	Cumple con el ítem 1	Cumple con el ítem 2	Cumple con el ítem 3	
4	Post venta	Garantía extendida	1) 6 meses 2) 12 meses 3) 2 años o más	Cumple con el ítem 1.	Cumple con el ítem 2.	Cumple con el ítem 3.	
			Puntaje total		**17**		

Sebastian C.

Firma
Coordinador biomédico

Firma
Jefe o director del servicio

HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Puntuación maxima: 40 puntos

Evaluación técnica del servicio para el equipo Monitor de signos vitales Hospitalización Biolight M12 Equitronic

criterio	Categoría	Parámetro a Evaluar	Descripción de la Prueba / Métrica Objetiva	Puntuación 2	Puntuación 5	Puntuación 10	Observaciones
1	Visualización	Prestaciones de la pantalla	1. Pantalla superior a 7". 2. Resolución superior a 800 × 480 píxeles. 3. Visualización simultánea de más de 2 curvas fisiológicas. 4. Visualización simultánea de más de 4 parámetros numéricos. 5. Ajuste automático del brillo según la iluminación ambiental.	Cumple con 1 o 2 ítems.	Cumple con 3 o 4 ítems.	Cumple con los 5 ítems.	
2	Gestión de información	Capacidad de almacenamiento y consulta	1. Almacenamiento de tendencias superior a 72 horas. 2. Registro superior a 500 eventos clínicos o de alarma. 3. Revisión retrospectiva superior a 100 pacientes o eventos. 4. Exportación de tendencias gráficas además de datos numéricos.	Cumple con 1 o 2 ítems.	Cumple con 3 o 4 ítems.	Cumple con los 5 ítems.	
3	Movilidad	Autonomía y transporte	1. Batería de 4 horas de funcionamiento. 2. Batería de 5 horas de funcionamiento. 3. Batería de 6 horas de funcionamiento o más.	Cumple con el ítem 1	Cumple con el ítem 2	Cumple con el ítem 3	
4	Post venta	Garantía extendida	1) 6 meses 2) 12 meses 3) 2 años o más	Cumple con el ítem 1.	Cumple con el ítem 2.	Cumple con el ítem 3.	
			Puntaje total		**40**		

SebastianC

Firma
Coordinador biomédico

* Carlos B.

Firma
Jefe o director del servicio

HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Puntuación maxima: 40 puntos

Evaluación técnica del servicio para el equipo Monitor de signos vitales Hospitalización Mindray Umec 100 Bimedco

criterio	Categoría	Parámetro a Evaluar	Descripción de la Prueba / Métrica Objetiva	Puntuación 2	Puntuación 5	Puntuación 10	Observaciones
1	Visualización	Prestaciones de la pantalla	1. Pantalla superior a 7". 2. Resolución superior a 800 × 480 píxeles. 3. Visualización simultánea de más de 2 curvas fisiológicas. 4. Visualización simultánea de más de 4 parámetros numéricos. 5. Ajuste automático del brillo según la iluminación ambiental.	Cumple con 1 o 2 items.	Cumple con 3 o 4 items.	Cumple con los 5 items.	
2	Gestión de información	Capacidad de almacenamiento y consulta	1. Almacenamiento de tendencias superior a 72 horas. 2. Registro superior a 500 eventos clínicos o de alarma. 3. Revisión retrospectiva superior a 100 pacientes o eventos. 4. Exportación de tendencias gráficas además de datos numéricos.	Cumple con 1 o 2 items.	Cumple con 3 o 4 items.	Cumple con los 5 items.	
3	Movilidad	Autonomía y transporte	1. Batería de 4 horas de funcionamiento. 2. Batería de 5 horas de funcionamiento. 3. Batería de 6 horas de funcionamiento o más.	Cumple con el ítem 1	Cumple con el ítem 2	Cumple con el ítem 3	
4	Post venta	Garantía extendida	1) 6 meses 2) 12 meses 3) 2 años o más	Cumple con el ítem 1.	Cumple con el ítem 2.	Cumple con el ítem 3.	
			Puntaje total		**40**		

Sebastian C

Firma
Coordinador biomédico

* Carlos B

Firma
Jefe o director del servicio