HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Puntuación maxima: 40 puntos

Evaluación técnica del servicio para el equipo Polisomnógrafo Cadwell Easy III- AyB Equipos médicos

criterio	Categoria	Parámetro a Evaluar	Descripción de la Prueba / Métrica Objetiva	Puntuación 0	Puntuación 5	Puntuación 10	Observaciones
1	Expansión del sistema	Prestaciones adicionales del equipo	1. Posibilidad de ampliar el número de canales mediante módulos adicionales. 2. Compatibilidad con módulos inalámbricos. 3. Arquitectura modular para futuras ampliaciones. 4. Posibilidad de actualización del hardware sin reemplazar el sistema principal.	Cumple con 1 item.	Cumple con 2 o 3 items.	Cumple con los 4 items.	
2	Calidad de adquisición	Funciones avanzadas de adquisición	1. Verificación automática de impedancias de los electrodos. 2. Compensación automática de ruido o interferencias. 3. Detección automática de desconexión de sensores. 4. Indicadores de calidad de señal en tiempo real. 5. Recuperación automática de la adquisición después de una interrupción.	Cumple con 1 o 2 de los items.	Cumple con 3 o 4 de los items.	Cumple con los 5 items.	
3	Video polisomnografía	Funcionalidades adicionales	1. Zoom digital durante la reproducción del estudio. 2. Marcación de eventos directamente sobre el video. 3. Captura de imágenes desde la grabación. 4. Reproducción sincronizada de video y señales con navegación por eventos. 5. Exportación de segmentos específicos de video.	Cumple con 1 o 2 de los items.	Cumple con 3 o 4 de los items.	Cumple con los 5 items.	
4	Postventa	Beneficios adicionales	1. Garantía adicional de 1 año. 2. Garantía adicional de 2 años o más.	No Cumple con ningun item	Cumple con el item 2.	Cumple con el item 3.	
			Puntaje total	20			

Sebastian C.

Firma
Coordinador biomédico

Firma
Jefe o director del servicio

Firma
Cargo

Firma
Cargo Neurologa