HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA

Puntuación maxima: 40 puntos

Evaluación técnica del servicio para el equipo Fotóforo de luz fría con fuente de luz Sunotopic SSL 2000 Multilink

criterio	Categoría	Parámetro a Evaluar	Descripción de la Prueba / Métrica Objetiva	Puntuación 5	Puntuación 10	Puntuación 20	Observaciones
1	Calidad de Iluminación	Prestaciones superiores del sistema óptico	1. Intensidad lumínica igual o superior a 80000 lux. 2. Reproducción de rojos R9. ≥50. 3. Índice de reproducción cromática (CRI) ≥95.	Cumple con 1 ítem.	Cumple con 2 o 3 ítems.	Cumple con los 4 ítems.	
2	Durabilidad	Prestaciones adicionales del equipo	1. Protección IP superior a IPX4. 2. Resistencia certificada a impactos o caídas. 3. Carcasa fabricada en materiales de alta resistencia certificados para uso médico 4. Vida útil del módulo LED superior a 8.000 horas.	Cumple con 1 ítem.	Cumple con 2 o 3 ítems.	Cumple con los 4 ítems.	
			Puntaje total		**20**		

Firma coordinador biomédico

Firma director o jefe del servicio

Firma director o jefe del servicio