ÍTEM	CODIGO INSTITUCIONAL [HUN]	NOMBRE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CATEGORIA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE COMERCIAL	CUMPLE O NO CUMPLE	PORQUE NO CUMPLE
13	LD120000009	CINTA AUTOADHESIVA CONTROL QUIMICO A VAPOR	Cinta indicadora externa libre de plomo para el cierre y control de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor, Ciclos esterilización con vapor a 121, 132, 134, 135°C, de color con respaldo de papel color Verde-Azulado, impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color durante el proceso de esterilización por vapor a negro	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	CT22	CUMPLE	
14	V0000038	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA (CAJA X	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA UNICA FINAL SUPER RAPIDA A 24 MINUTOS TAPA CAFÉ, PARA CICLOS DE ESTERILIZACION DE VAPOR ASISTIDOS CON VACIO DE 121°c A 135° GRADOS	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	BT224	NO CUMPLE	No se identifica la validacion de ciclos en relacion tempertaura y meseta para verificar que funcione con nuestros esterilizadores
15	V0000035	INTEGRADOR QUIMICO OXIDO DE ETILENO.	Control de categoría Tipo 4 (según la norma ISO 11140-1) que verifica si se cumplieron todas las variables críticas del ciclo de esterilización por oxido de etileno.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	CD16	CUMPLE	
16	EST00001	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR BOLSA POR 500	Integrador Químico interno para el monitoreo de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor saturado en sistemas de prevacío y sistemas por gravedad validado para ciclos de 121° a 135°, que tenga vía de desplazamiento que permite desafiar el proceso de esterilización y evidenciar por medio de una zona de Rechazado(Rojo) y Aceptado(Verde) si se están cumpliendo correctamente variables críticas en la esterilización por Vapor Saturado (Tiempo de meseta, temperatura y Vapor Saturado.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	IT26-C	NO CUMPLE	No se identifica la validacion de ciclos en relacion tempertaura y meseta para verificar que funcione con nuestros esterilizadores
17	V0000004	SUPER RAPIDO PARA VAPOR 5 PAQUETES DE PRUEBA (CAJA POR 24)	Paquete de prueba (PCD) con Integrador Químico clase 5 validado para ciclos de 132° a 135°, que tenga vía de desplazamiento que permite desafiar el proceso de esterilización y evidenciar por medio de una zona de Rechazado(Rojo) y Aceptado(Verde) Indicador Biológico de lectura unica final súper rápida a 24 minutos tapa cafe, para ciclos de esterilizacion de vapor asistidos con vacio de 121° a 135° grados.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	PCD224	NO CUMPLE	No se identifica la validacion de ciclos en relacion tempertaura y meseta para verificar que funcione con nuestros esterilizadores
20	EST00002	PAPEL POLIPROPILENO 120X120 (NOVOTEX) CAJA X	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 40 g/m², 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 120 x 120	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	KMNNF-120120	CUMPLE	
23	V0000036	rollo de cinta testigo oxido de etileno	Cinta indicadora impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color de VERDE a MARRON /ROJIZO durante el proceso de esterilización por OXIDO DE ETHILENO	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	CT10	CUMPLE	
25	LD120000015	ROLLO PLANO 200CM X 250MM	Papel para esterilizacion de 25 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	KMNNR-200X200	CUMPLE	
26	LD120000014	ROLLO PLANO 30 X 200	Papel para esterilizacion de 30 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	KMNNR-300X200	CUMPLE	
27	LD120000013	ROLLO PLANO 7.5 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 7,5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	KMNNR-075X200	CUMPLE	
28	LD120000003	ROLLO PLANO DE 10 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 10 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	KMNNR-100X200	CUMPLE	
29	LD120000008	ROLLO PLANO DE 15 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 15 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	KMNNR-150X200	CUMPLE	
30	CE04	ROLLO PLANO DE 5 CM X 200 METROS GRADO MEDIC	Papel para esterilizacion de 5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	KMNNR-50X200	CUMPLE	
31	MO10000561	CEPILLO LIMPIEZA DE NAILON DE DOBLE PUNTA 2MM X 8MM	cepillo plano doble cara con cerdas nylon de alta densidad para lavado de superificies externas de instrumental quirurgico con mango de plastico cristalino	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	243004BBG	CUMPLE	
33	EST00095	TEST DE LAVADO PARA TERMODESINFECTORA	test para la verificacion de la eficacia en limpieza y remoción de materia orgánica del equipo automatizado según la norma ISO 15883	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS	CDWA4	CUMPLE	
3	EST00010	BOWIE & DICK 3M REFERENCIA 00135 LF	SISTEMA DE PRUEBA BOWIE DICK ELECTRONICA: TARJETA DE PRUEBA CON SENSORES ELECTRONICOS, ASEGURA UN RESULTADO RECHAZADO Y APROBADO LA TARJETA SE COLOCA EN UN PORTATARJETAS ELIMINANDO HOJAS DE PAPEL LA TARJETA LLEVA UN CODIGO DE BARRAS 2D, DESPUES EL PROCESO SE COLOCA EN UNA AUTOLECTORA QUE TRADUCE LOS RESULTADOS POR COLOR VERDE COMO APROBADO Y ROJO NO APROBADO	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	COMPLY BOWIE DICK PLUS TE R.00135LF X30	NO CUMPLE	SE REQUIERE TARJETA DE PRUEBA BOWIE DICK
13	LD120000009	CINTA AUTOADHESIVA CONTROL QUIMICO A VAPOR	Cinta indicadora externa libre de plomo para el cierre y control de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor, Ciclos esterilización con vapor a 121, 132, 134, 135°C, de color con respaldo de papel color Verde-Azulado, impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color durante el proceso de esterilización por vapor a negro	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	COMPLY CINTA CONTROL REF 1355 3M UND	NO CUMPLE	FICHA TECNICA DESACTUALIZADA, CORRESPONDE A REFERENCIAS QUE YA NO SE DISTRIBUYEN
14	V0000038	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA (CAJA X	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA UNICA FINAL SUPER RAPIDA A 24 MINUTOS TAPA CAFÉ, PARA CICLOS DE ESTERILIZACION DE VAPOR ASISTIDOS CON VACIO DE 121°c A 135° GRADOS	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	INDICADOR BIOLOGICO REF 1492V 3M CJ X 50	NO CUMPLE	FICHA TECNICA DESACTUALIZADA, CORRESPONDE A REFERENCIAS QUE YA NO SE DISTRIBUYEN
15	V0000035	INTEGRADOR QUIMICO OXIDO DE ETILENO.	Control de categoría Tipo 4 (según la norma ISO 11140-1) que verifica si se cumplieron todas las variables críticas del ciclo de esterilización por oxido de etileno.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	COMPLY TIRILLA GAS OE R.1251 X 240		
16	EST00001	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR BOLSA POR 500	Integrador Químico interno para el monitoreo de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor saturado en sistemas de prevacío y sistemas por gravedad validado para ciclos de 121° a 135°, que tenga vía de desplazamiento que permite desafiar el proceso de esterilización y evidenciar por medio de una zona de Rechazado(Rojo) y Aceptado(Verde) si se están cumpliendo correctamente variables críticas en la esterilización por Vapor Saturado (Tiempo de meseta, temperatura y Vapor Saturado.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	INTEGRADOR VAPOR COMPLY R.1243A X500		
17	V0000004	SUPER RAPIDO PARA VAPOR 5 PAQUETES DE PRUEBA (CAJA POR 24)	Paquete de prueba (PCD) con Integrador Químico clase 5 validado para ciclos de 132° a 135°, que tenga vía de desplazamiento que permite desafiar el proceso de esterilización y evidenciar por medio de una zona de Rechazado(Rojo) y Aceptado(Verde) Indicador Biológico de lectura unica final súper rápida a 24 minutos tapa cafe, para ciclos de esterilizacion de vapor asistidos con vacio de 121° a 135° grados.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	PQTE PRUEBA VAPOR 1 HR R41482VF 3M X 24	NO CUMPLE	FICHA TECNICA DESACTUALIZADA, CORRESPONDE A REFERENCIAS QUE YA NO SE DISTRIBUYEN
18	EST00012	LUBRICANTE DE USO AUTOMATICO PARA INSTRUMENTA	Lubricante libre de silicona,soluble en agua, no tóxico ni pegajoso que soporte altas temperaturas, para uso en lavadoras termodesinfectoras. que forme una barrera protectora en el instrumental quirúrgico evitando la oxidación,manchas y corrosión que puedan afectar el instrumental quirúrgico. dede ser compatible con cualquier método de esterilización	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	LUBRIMAX EMULS LUBRIC 3800ML R.GIE006 X1	NO CUMPLE	SU ESTABILIDAD POSTERIOR A LA PREPARACION NO APLICA PARA EL USO EN LA TERMODESINFECTORA
22	DM0000505	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Renovador de instrumental de acero inoxidable para la eliminacion de trazas de proteínas, depósitos de óxido de hierro y otras muestras de oxidación.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	STEEL GLO-L DESINCRUSTA 3.8L R.GIE023 X1	CUMPLE	
23	V0000036	rollo de cinta testigo oxido de etileno	Cinta indicadora impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color de VERDE a MARRON /ROJIZO durante el proceso de esterilización por OXIDO DE ETHILENO	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	CINTA CONTROL GAS 1224 R.XA009216947 X5	NO CUMPLE	FICHA TECNICA CON INVIMA DIFERENTE AL PROPUESTO ESTE ARCHIVO , AL CONSULTARLO NO ARROJA INFORMACION
24	DM0000877	ROLLO EMPAQUE 38 MM X 70 MM	Rollo Mixto Tyvek de 38 cm de ancho, con sistema de barrera microbiana para procesos de esterilización, estructura permeable que impida el paso de microorganismos y permita la penetración del agente esterilizante y su posterior eliminación compatible con vapor de Peroxido de hidrogeno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	ROLLO STERRAD 350X70 R.12435 (42435) X1	CUMPLE	
25	LD120000015	ROLLO PLANO 200CM X 250MM	Papel para esterilizacion de 25 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	ROLLO STERRAD 200X70 R.12420 (42422) X1	CUMPLE	
26	LD120000014	ROLLO PLANO 30 X 200	Papel para esterilizacion de 30 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	ROLLO PGM 30 CMX200 MTS 3 INDI R.PERP027	CUMPLE	
27	LD120000013	ROLLO PLANO 7.5 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 7,5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	ROLLO PGM 8 CMX200 MTS 3 INDI R.PERP021	CUMPLE	
28	LD120000003	ROLLO PLANO DE 10 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 10 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	ROLLO PGM 10 CMX200 MTS 3 INDI R.PERP022	CUMPLE	
29	LD120000008	ROLLO PLANO DE 15 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 15 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	ROLLO PGM 15 CMX200 MTS 3 INDI R.PERP024	CUMPLE	
30	CE04	ROLLO PLANO DE 5 CM X 200 METROS GRADO MEDIC	Papel para esterilizacion de 5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	RONELLY SAS	ROLLO PGM 5 CMX200 MTS 3 INDI R.PERP030	CUMPLE	
3	EST00010	BOWIE & DICK 3M REFERENCIA 00135 LF	SISTEMA DE PRUEBA BOWIE DICK ELECTRONICA: TARJETA DE PRUEBA CON SENSORES ELECTRONICOS, ASEGURA UN RESULTADO RECHAZADO Y APROBADO LA TARJETA SE COLOCA EN UN PORTATARJETAS ELIMINANDO HOJAS DE PAPEL LA TARJETA LLEVA UN CODIGO DE BARRAS 2D, DESPUES EL PROCESO SE COLOCA EN UNA AUTOLECTORA QUE TRADUCE LOS RESULTADOS POR COLOR VERDE COMO APROBADO Y ROJO NO APROBADO	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	KCI COLOMBIA SAS	EBOWIE DICK ELECTRONICO	CUMPLE	

13	LD120000009	CINTA AUTOADHESIVA CONTROL QUIMICO A VAPOR	Cinta indicadora externa libre de plomo para el cierre y control de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor, Ciclos esterilización con vapor a 121, 132, 134, 135°C, de color con respaldo de papel color Verde-Azulado, impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color durante el proceso de esterilización por vapor a negro	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	KCI COLOMBIA SAS	1355-24MM CINTA PARA VAPOR	CUMPLE	
14	V0000038	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA (CAJA X	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA UNICA FINAL SUPER RAPIDA A 24 MINUTOS TAPA CAFÉ, PARA CICLOS DE ESTERILIZACION DE VAPOR ASISTIDOS CON VACIO DE 121°c A 135° GRADOS	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	KCI COLOMBIA SAS	1492V INDICADOR BIOLOGICO SR	CUMPLE	
15	V0000035	INTEGRADOR QUIMICO OXIDO DE ETILENO.	Control de categoría Tipo 4 (según la norma ISO 11140-1) que verifica si se cumplieron todas las variables críticas del ciclo de esterilización por oxido de etileno.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	KCI COLOMBIA SAS	1251 COMPLY EO CHEM IND STRIPPROPPER 240-8"/480-4	CUMPLE	
16	EST00001	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR BOLSA POR 500	Integrador Químico interno para el monitoreo de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor saturado en sistemas de prevacío y sistemas por gravedad validado para ciclos de 121° a 135°, que tenga via de desplazamiento que permite desafiar el proceso de esterilización y evidenciar por medio de una zona de Rechazado(Rojo) y Aceptado(Verde) si se están cumpliendo correctamente variables criticas en la esterilización por Vapor Saturado (Tiempo de meseta, temperatura y Vapor Saturado.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	KCI COLOMBIA SAS	1243A ATTEST INTEGRADOR 500EA/BAG, 2BAG/CASE	CUMPLE	
17	V0000004	SUPER RAPIDO PARA VAPOR 5 PAQUETES DE PRUEBA (CAJA POR 24)	Paquete de prueba (PCD) con Integrador Químico clase 5 validado para ciclos de 132° a 135°, que tenga via de desplazamiento que permite desafiar el proceso de esterilización y evidenciar por medio de una zona de Rechazado(Rojo) y Aceptado(Verde) Indicador Biológico de lectura unica final súper rápida a 24 minutos tapa cafe, para ciclos de esterilizacion de vapor asistidos con vacio de 121° a 135° grados.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	KCI COLOMBIA SAS	41482VF PAQUETE PRE ENSAM BLADO VAPOR SUPER RA	CUMPLE	
23	V0000036	rollo de cinta testigo oxido de etileno	Cinta indicadora impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color de VERDE a MARRON /ROJIZO durante el proceso de esterilización por OXIDO DE ETHILENO	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	KCI COLOMBIA SAS	CINTA CONTROL EXPOSICIÓN OE 5RL/BOX	CUMPLE	
32	EST00094	PAQUETE DESAFIO DE PEROXIDO DE HIDROGENO	paquete de desafio transparente para peróxido de hidrógeno, de lectura super rápida, que contenga un indicador biológico de lectura rápida unica final de 24 minutos y un indicador químico multiparamétrico Tipo 4, de lectura horizontal que pase de una zona de rechazado (azul) a aceptado (rosado), con camara lateral de concetracion.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	KCI COLOMBIA SAS	1295PCD-05 VH202 CTP, 24 PAC, 5CTRL/CS	CUMPLE	
19	EST00003	PAPEL POLIPROPILENO 100 X100 (NOVOTEX) CAJA X	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 40 g/m², 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 100 x 100	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	UNION MEDICAL SAS	PT21004NE ENVOLVEDERA UM1 1.00X1.00M	CUMPLE	
20	EST00002	PAPEL POLIPROPILENO 120X120 (NOVOTEX) CAJA X	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 40 g/m², 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 120 x 120	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	UNION MEDICAL SAS	PT21100NE ENVOLVEDERA UM1:USO LIVIANO 1.2X1.2MT	CUMPLE	
21	EST00093	PAPEL POLIPROPILENO SMS 120X120 TERMOSELLADO CAPACIDAD DE CARGA MINIMO 8KG	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 120 x 120	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	UNION MEDICAL SAS	PT21104NE ENVOLVEDERA TERMOSELLADA UM3:USO PESADO 1.2X1.2MT	CUMPLE	
19	EST00003	PAPEL POLIPROPILENO 100 X100 (NOVOTEX) CAJA X	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 40 g/m², 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 100 x 100	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	MINERVA MEDICAL SAS	CH2G0040 Envolvedera Two Color, CH200 101 x 101 cm / 240 Pliegos Sencillos Termosellados para un Total de 120 Pliegos dobles por Caja. Cardinal Health.	CUMPLE	
20	EST00002	PAPEL POLIPROPILENO 120X120 (NOVOTEX) CAJA X	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 40 g/m², 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 120 x 120	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	MINERVA MEDICAL SAS	CH2G0048 Envolvedera Two Color, CH200 121 x 121 cm / 96 Pliegos Sencillos Termosellados para un Total de 48 Pliegos dobles por Caja. Cardinal Health.	CUMPLE	
21	EST00093	PAPEL POLIPROPILENO SMS 120X120 TERMOSELLADO CAPACIDAD DE CARGA MINIMO 8KG	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 120 x 120	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	MINERVA MEDICAL SAS	CH4G0048 Envolvedera Two Color, CH400 121 x 121 cm / 96 Pliegos Sencillos Termosellados para un Total de 48 Pliegos dobles por Caja. Cardinal Health.	CUMPLE	
4	MO10000561	CEPILLO LIMPIEZA DE NAILON DE DOBLE PUNTA 2MM X 8MM	cepillo plano doble cara con cerdas nylon de alta densidad para lavado de superificies externas de instrumental quirurgico con mango de plastico cristalino	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	DOBLE CARA / CON CERDAS DE PLÁSTICO DE DUREZA MEDIA. MANGO	CUMPLE	
5	MO10000555	CEPILLO PAJA EXTRALARGO LIMPIADOR DE TUBOS DE NAILON 15 MM PQ X5	Cepillo flexible para canulados o lúmenes de mango en acero inoxidable trenzado 304 o 316L con cerdas de nylon de alta densidad y firmesa de 15mm de diametro por almenos 40cm de longitud, Resistente a detergentes enzimáticos, neutros y alcalinos	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	CEPILLO LIMPIEZA-EJE ACERO INOXIDABLE 300MM Φ15,0MM	CUMPLE	
6	MO10000556	CEPILLO PAJA EXTRALARGO LIMPIADOR DE TUBOS DE NAILON 20 MM PQ X5	Cepillo flexible para canulados o lúmenes de mango en acero inoxidable trenzado 304 o 316L con cerdas de nylon de alta densidad y firmesa de 20mm de diametro por almenos 40cm de longitud, Resistente a detergentes enzimáticos, neutros y alcalinos	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	CEPILLO LIMPIEZA-EJE ACERO INOXIDABLE 300MM Φ15,0MM	NO CUMPLE	SE REQUEIRE DE UN DIAMETRO SUPERIOR A 15
8	MO10000554	CEPILLO PAJA EXTRALARGO LIMPIADOR DE TUBOS DE NAILON 8 MM PQ X5	Cepillo flexible para canulados o lúmenes de mango en acero inoxidable trenzado 304 o 316L con cerdas de nylon de alta densidad y firmesa de 8mm de diametro por almenos 40cm de longitud,Resistente a detergentes enzimáticos, neutros y alcalinos	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	CEPILLO LIMPIEZA-EJE ACERO INOXIDABLE 300MM Φ8,0MM	CUMPLE	
9	MO10000559	CEPILLO PAJA LARGO LIMPIADOR DE TUBOS DE NAILON 15MM PQ X5	Cepillo flexible para canulados o lúmenes de mango en acero inoxidable trenzado 304 o 316L con cerdas de nylon de alta densidad y firmesa de 15mm de diametro por almenos 40cm de longitud,Resistente a detergentes enzimáticos, neutros y alcalinos	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	CEPILLO LIMPIEZA-EJE ACERO INOXIDABLE 300MM Φ15,0MM	CUMPLE	
10	MO10000560	CEPILLO PAJA LARGO LIMPIADOR DE TUBOS DE NAILON 20MM PQ X5	Cepillo flexible para canulados o lúmenes de mango en acero inoxidable trenzado 304 o 316L o con cerdas de nylon de alta densidad y firmesa de 20mm de diametro por almenos 30cm de longitud,Resistente a detergentes enzimáticos, neutros y alcalinos	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	CEPILLO LIMPIEZA-EJE ACERO INOXIDABLE 500MM Φ20,0MM	CUMPLE	
12	MO10000558	CEPILLO PAJA LARGO LIMPIADOR DE TUBOS DE NAILON 8MM PQ X5	Cepillo flexible para canulados o lúmenes de mango en acero inoxidable trenzado 304 o 316L con cerdas de nylon de alta densidad y firmesa de 8mm de diametro por almenos 30cm de longitud,Resistente a detergentes enzimáticos, neutros y alcalinos	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	CEPILLO LIMPIEZA-EJE ACERO INOXIDABLE 300MM Φ8,0MM	CUMPLE	
13	LD120000009	CINTA AUTOADHESIVA CONTROL QUIMICO A VAPOR	Cinta indicadora externa libre de plomo para el cierre y control de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor, Ciclos esterilización con vapor a 121, 132, 134, 135°C, de color con respaldo de papel color Verde-Azulado, impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color durante el proceso de esterilización por vapor a negro	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	CINTA CONTROL QUIMICO PARA VAPOR- STERICLIN	SIN FICHA TECNICA APESAR E SOLICITAR SUBSANACION	
15	V0000035	INTEGRADOR QUIMICO OXIDO DE ETILENO.	Control de categoría Tipo 4 (según la norma ISO 11140-1) que verifica si se cumplieron todas las variables críticas del ciclo de esterilización por oxido de etileno.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	INTEGRADOR ÓXIDO DE ETILENO KIMS	CUMPLE	
18	EST00012	LUBRICANTE DE USO AUTOMATICO PARA INSTRUMENTA	Lubricante libre de silicona,soluble en agua, no tóxico ni pegajoso que soporte altas temperaturas, para uso en lavadoras termodesinfectoras. que forme una barrera protectora en el instrumental quirúrgico evitando la oxidación,manchas y corrosión que puedan afectar el instrumental quirúrgico. dede ser compatible con cualquier método de esterilización	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL HINGE FREE	CUMPLE	
19	EST00003	PAPEL POLIPROPILENO 100 X100 (NOVOTEX) CAJA X	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 40 g/m², 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 100 x 100	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	NOVOTEX ENVOLTURA PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO , VAPOR Y GAS EO DE 100*100	CUMPLE	
20	EST00002	PAPEL POLIPROPILENO 120X120 (NOVOTEX) CAJA X	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 40 g/m², 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 120 x 120	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	NOVOTEX ENVOLTURA PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO , VAPOR Y GAS EO DE 120*120	CUMPLE	
21	EST00093	PAPEL POLIPROPILENO SMS 120X120 TERMOSELLADO CAPACIDAD DE CARGA MINIMO 8KG	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 120 x 120	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	PAPEL POLIPROPILENO SMS 120X120 TERMOSELLADO CAPACIDAD DE CARGA MINIMO 8KG	CUMPLE	
22	DM0000505	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Renovador de instrumental de acero inoxidable para la eliminacion de trazas de proteínas, depósitos de óxido de hierro y otras muestras de oxidación.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	DESCALSIFICADOR Y DESINCRUSTANTE PROLYSTICA RESTORE	CUMPLE	
23	V0000036	rollo de cinta testigo oxido de etileno	Cinta indicadora impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color de VERDE a MARRON /ROJIZO durante el proceso de esterilización por OXIDO DE ETHILENO	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	CINTA AUTOADHESIVA CONTROL QUIMICO A GAS EO STERICLIN	CUMPLE	
24	DM0000877	ROLLO EMPAQUE 38 MM X 70 MM	Rollo Mixto Tyvek de 38 cm de ancho, con sistema de barrera microbiana para procesos de esterilización, estructura permeable que impida el paso de microorganismos y permita la penetración del agente esterilizante y su posterior eliminación compatible con vapor de Peroxido de hidrogeno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	ROLLO TYVEK® 2FS/FILM 38 CM / 100 M	CUMPLE	
25	LD120000015	ROLLO PLANO 200CM X 250MM	Papel para esterilizacion de 25 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	ROLLO PLANO DE 25 CM X 200 METROS	CUMPLE	
26	LD120000014	ROLLO PLANO 30 X 200	Papel para esterilizacion de 30 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	ROLLO PLANO DE 30 CM X 200 METROS	CUMPLE	
27	LD120000013	ROLLO PLANO 7.5 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 7,5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	ROLLO PLANO DE 7.5 CM X 200 METROS	CUMPLE	
28	LD120000003	ROLLO PLANO DE 10 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 10 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	ROLLO PLANO DE 10 CM X 200 METROS	CUMPLE	
29	LD120000008	ROLLO PLANO DE 15 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 15 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	ROLLO PLANO DE 15 CM X 200 METROS	CUMPLE	
30	CE04	ROLLO PLANO DE 5 CM X 200 METROS GRADO MEDIC	Papel para esterilizacion de 5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	ROLLO PLANO DE 5 CM X 200 METROS	CUMPLE	
31	MO10000561	CEPILLO LIMPIEZA DE NAILON DE DOBLE PUNTA 2MM X 8MM	cepillo plano doble cara con cerdas nylon de alta densidad para lavado de superificies externas de instrumental quirurgico con mango de plastico cristalino	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	DOBLE CARA / CON CERDAS DE PLÁSTICO DE DUREZA MEDIA. MANGO	CUMPLE	
33	EST00095	TEST DE LAVADO PARA TERMODESINFECTORA	test para la verificacion de la eficacia en limpieza y remoción de materia orgánica del equipo automatizado según la norma ISO 15883	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGIPLAST LTDA	TEST DE LIMPIEZA ALL CLEAN	CUMPLE	
14	V0000038	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA (CAJA X	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA UNICA FINAL SUPER RAPIDA A 24 MINUTOS TAPA CAFÉ, PARA CICLOS DE ESTERILIZACION DE VAPOR ASISTIDOS CON VACIO DE 121°c A 135° GRADOS	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	REF:8T220 ESTERILIZACION A VAPOR		
15	V0000035	INTEGRADOR QUIMICO OXIDO DE ETILENO.	Control de categoría Tipo 4 (según la norma ISO 11140-1) que verifica si se cumplieron todas las variables críticas del ciclo de esterilización por oxido de etileno.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	REF.800510		
16	EST00001	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR BOLSA POR 500	Integrador Químico interno para el monitoreo de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor saturado en sistemas de prevacío y sistemas por gravedad validado para ciclos de 121° a 135°, que tenga via de desplazamiento que permite desafiar el proceso de esterilización y evidenciar por medio de una zona de Rechazado(Rojo) y Aceptado(Verde) si se están cumpliendo correctamente variables criticas en la esterilización por Vapor Saturado (Tiempo de meseta, temperatura y Vapor Saturado.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	REF:1243		
20	EST00002	PAPEL POLIPROPILENO 120X120 (NOVOTEX) CAJA X	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 40 g/m², 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 120 x 120	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	REF. P120120V		
23	V0000036	rollo de cinta testigo oxido de etileno	Cinta indicadora impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color de VERDE a MARRON /ROJIZO durante el proceso de esterilización por OXIDO DE ETHILENO	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	-		
24	DM0000877	ROLLO EMPAQUE 38 MM X 70 MM	Rollo Mixto Tyvek de 38 cm de ancho, con sistema de barrera microbiana para procesos de esterilización, estructura permeable que impida el paso de microorganismos y permita la penetración del agente esterilizante y su posterior eliminación compatible con vapor de Peroxido de hidrogeno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	REF:2479		

27	LD120000013	ROLLO PLANO 7.5 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 7,5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	MQ		
28	LD120000003	ROLLO PLANO DE 10 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 10 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	REF.00002467		
29	LD120000008	ROLLO PLANO DE 15 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 15 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	RE. ESTP1520		
30	CE04	ROLLO PLANO DE 5 CM X 200 METROS GRADO MEDIC	Papel para esterilizacion de 5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S	MQ		
1	LD05	ACEITE EN SPRAY PARA LUBRICACION DE CIERRES	Aceite de instrumental para la lubricación de eslabones y cierres antes de la esterilización. debe generar una película de aceite penetrable que adional protega contra la corrosion, La película de aceite no debe interferir con la eficacia de la esterilización debe ser sin silicona, no manchar ni formar costras en las superficies de los instrumentos.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC	LUBRIDINA	CUMPLE	
3	EST00010	BOWIE & DICK 3M REFERENCIA 00135 LF	SISTEMA DE PRUEBA BOWIE DICK ELECTRONICA: TARJETA DE PRUEBA CON SENSORES ELECTRONICOS, ASEGURA UN RESULTADO RECHAZADO Y APROBADO LA TARJETA SE COLOCA EN UN PORTATARJETAS ELIMINANDO HOJAS DE PAPEL LA TARJETA LLEVA UN CODIGO DE BARRAS 2D, DESPUES EL PROCESO SE COLOCA EN UNA AUTOLECTORA QUE TRADUCE LOS RESULTADOS POR COLOR VERDE COMO APROBADO Y ROJO NO APROBADO	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	FICHA TECNICA DESACTUALIZADA, CORRESPONDE A REFERENCIA QUE YA NO SE DISTRIBUYEN
13	LD120000009	CINTA AUTOADHESIVA CONTROL QUIMICO A VAPOR	Cinta indicadora externa libre de plomo para el cierre y control de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor, Ciclos esterilización con vapor a 121, 132, 134, 135°C, de color con respaldo de papel color Verde-Azulado, impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color durante el proceso de esterilización por vapor a negro	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE AL METODO DE ESTERILIZACION (VAPOR)
14	V0000038	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA (CAJA X	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA UNICA FINAL SUPER RAPIDA A 24 MINUTOS TAPA CAFÉ, PARA CICLOS DE ESTERILIZACION DE VAPOR ASISTIDOS CON VACIO DE 121°c A 135° GRADOS	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	FICHA TECNICA DESACTUALIZADA, CORRESPONDE A REFERENCIAS QUE YA NO SE DISTRIBUYEN
16	EST00001	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR BOLSA POR 500	Integrador Químico interno para el monitoreo de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor saturado en sistemas de prevacío y sistemas por gravedad validado para clicios de 121° a 135°, que tenga via de desplazamiento que permite desafiar el proceso de esterilización y evidenciar por medio de una zona de Rechazado(Rojo) y Aceptado(Verde) si se están cumpliendo correctamente variables críticas en la esterilización por Vapor Saturado (Tiempo de meseta, temperatura y Vapor Saturado.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	FICHA TECNICA DESACTUALIZADA, CORRESPONDE A REFERENCIAS QUE YA NO SE DISTRIBUYEN
17	V0000004	SUPER RAPIDO PARA VAPOR 5 PAQUETES DE PRUEBA (CAJA POR 24)	Paquete de prueba (PCD) con Integrador Químico clase 5 validado para ciclos de 132° a 135°, que tenga via de desplazamiento que permite desafiar el proceso de esterilización y evidenciar por medio de una zona de Rechazado(Rojo) y Aceptado(Verde) Indicador Biológico de lectura unica final súper rápida a 24 minutos tapa cafe, para ciclos de esterilizacion de vapor asistidos con vacio de 121° a 135° grados.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	SE REQUIERE PAQUETE PRE ENSAMBLADO CON BIOLOGICO E INTEGRADOR INCLUIDOS
18	EST00012	LUBRICANTE DE USO AUTOMATICO PARA INSTRUMENTA	Lubricante libre de silicona,soluble en agua, no tóxico ni pegajoso que soporte altas temperaturas, para uso en lavadoras termodesinfectoras, que forme una barrera protectora en el instrumental quirúrgico evitando la oxidación,manchas y corrosión que puedan afectar el instrumental quirúrgico. dede ser compatible con cualquier método de esterilización	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC	SURGISLIP	NO CUMPLE	SE REQUIERE LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL NO PARA ESTERILIZADORES
19	EST00003	PAPEL POLIPROPILENO 100 X100 (NOVOTEX) CAJA X	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 40 g/m², 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 100 x 100	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	SE IDENTIFICA POR FICHA TECNICA QUE LAS MEDIDAS NO CORRESPONDEN CON LO SOLICITADO POR LA CORPORACION
20	EST00002	PAPEL POLIPROPILENO 120X120 (NOVOTEX) CAJA X	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 40 g/m², 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 120 x 120	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	SE IDENTIFICA POR FICHA TECNICA QUE LAS MEDIDAS NO CORRESPONDEN CON LO SOLICITADO POR LA CORPORACION
21	EST00093	PAPEL POLIPROPILENO SMS 120X120 TERMOSELLADO CAPACIDAD DE CARGA MINIMO 8KG	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 120 x 120	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC	NOVOTEX	CUMPLE	
23	V0000036	rollo de cinta testigo oxido de etileno	Cinta indicadora impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color de VERDE a MARRON /ROJIZO durante el proceso de esterilización por OXIDO DE ETHILENO	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE AL METODO DE ESTERILIZACION (OXIDO DE ETILENO)
24	DM0000877	ROLLO EMPAQUE 38 MM X 70 MM	Rollo Mixto Tyvek de 38 cm de ancho, con sistema de barrera microbiana para procesos de esterilización, estructura permeable que impida el paso de microorganismos y permita la penetración del agente esterilizante y su posterior eliminación compatible con vapor de Peroxido de hidrogeno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC	STERICLIN	CUMPLE	
25	LD120000015	ROLLO PLANO 200CM X 250MM	Papel para esterilizacion de 25 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
26	LD120000014	ROLLO PLANO 30 X 200	Papel para esterilizacion de 30 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
27	LD120000013	ROLLO PLANO 7.5 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 7,5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
28	LD120000003	ROLLO PLANO DE 10 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 10 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
29	LD120000008	ROLLO PLANO DE 15 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 15 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
30	CE04	ROLLO PLANO DE 5 CM X 200 METROS GRADO MEDIC	Papel para esterilizacion de 5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
32	EST00094	PAQUETE DESAFIO DE PEROXIDO DE HIDROGENO	paquete de desafio transparente para peróxido de hidrógeno, de lectura super rápida, que contenga un indicador biológico de lectura rápida unica final de 24 minutos y un indicador químico multiparamétrico Tipo 4, de lectura horizontal que pase de una zona de rechazado (azul) a aceptado (rosado), con camara lateral de concetracion.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	Distribuidora Colombiana de Medicamentos y Tencologias en Salud SAS BIC		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE AL METODO DE ESTERILIZACION PEROXIDO DE HIDROGENO
3	EST00010	BOWIE & DICK 3M REFERENCIA 00135 LF	SISTEMA DE PRUEBA BOWIE DICK ELECTRONICA: TARJETA DE PRUEBA CON SENSORES ELECTRONICOS, ASEGURA UN RESULTADO RECHAZADO Y APROBADO LA TARJETA SE COLOCA EN UN PORTATARJETAS ELIMINANDO HOJAS DE PAPEL LA TARJETA LLEVA UN CODIGO DE BARRAS 2D, DESPUES EL PROCESO SE COLOCA EN UNA AUTOLECTORA QUE TRADUCE LOS RESULTADOS POR COLOR VERDE COMO APROBADO Y ROJO NO APROBADO	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	TEST DE BOWIE DICK PARA PROCESOS A VAPOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE TARJETA ELECTRONICA DE PRUEBA BOWIE DICK
13	LD120000009	CINTA AUTOADHESIVA CONTROL QUIMICO A VAPOR	Cinta indicadora externa libre de plomo para el cierre y control de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor, Ciclos esterilización con vapor a 121, 132, 134, 135°C, de color con respaldo de papel color Verde-Azulado, impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color durante el proceso de esterilización por vapor a negro	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	CINTA ESTERILIZACION A VAPOR 3/4" x 50 mt	CUMPLE	
14	V0000038	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA (CAJA X	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA UNICA FINAL SUPER RAPIDA A 24 MINUTOS TAPA CAFÉ, PARA CICLOS DE ESTERILIZACION DE VAPOR ASISTIDOS CON VACIO DE 121°c A 135° GRADOS	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR LECTURA ULTRA-RAPIDA DE 20 MINUTOS		
16	EST00001	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR BOLSA POR 500	Integrador Químico interno para el monitoreo de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor saturado en sistemas de prevacío y sistemas por gravedad validado para clicios de 121° a 135°, que tenga via de desplazamiento que permite desafiar el proceso de esterilización y evidenciar por medio de una zona de Rechazado(Rojo) y Aceptado(Verde) si se están cumpliendo correctamente variables críticas en la esterilización por Vapor Saturado (Tiempo de meseta, temperatura y Vapor Saturado.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	INTEGRADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5 en bolsa x 500 und, LISTER	NO CUMPLE	NO SE IDENTIFICA LA VALIDACION DE CICLOS EN RELACION TEMPERTAURA Y MESETA PARA VERIFICAR QUE FUNCIONE CON NUESTROS ESTERILIZADORES
17	V0000004	SUPER RAPIDO PARA VAPOR 5 PAQUETES DE PRUEBA (CAJA POR 24)	Paquete de prueba (PCD) con Integrador Químico clase 5 validado para ciclos de 132° a 135°, que tenga via de desplazamiento que permite desafiar el proceso de esterilización y evidenciar por medio de una zona de Rechazado(Rojo) y Aceptado(Verde) Indicador Biológico de lectura unica final súper rápida a 24 minutos tapa cafe, para ciclos de esterilizacion de vapor asistidos con vacio de 121° a 135° grados.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	DISPOSITIVO DE RETO PARA VAPOR compuesto de TEST DE BOWIE DICK PREENSAMBLADO; INTEGRADOR DE FRENTE MOVIL CLASE 5 y 2 INDICADORES BIOLOGICOS ULTRA-RAPIDOS PARA LECTURA EN 20 MINUTOS, LISTER	NO CUMPLE	SE REQUIERE PAQEUTE PREENSABLADO CON BIOLOGICO E INTEGRADOR
23	V0000036	rollo de cinta testigo oxido de etileno	Cinta indicadora impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color de VERDE a MARRON /ROJIZO durante el proceso de esterilización por OXIDO DE ETHILENO	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	CINTA ESTERILIZACION PLASMA 3/4" x 50 mt	CUMPLE	
24	DM0000877	ROLLO EMPAQUE 38 MM X 70 MM	Rollo Mixto Tyvek de 38 cm de ancho, con sistema de barrera microbiana para procesos de esterilización, estructura permeable que impida el paso de microorganismos y permita la penetración del agente esterilizante y su posterior eliminación compatible con vapor de Peroxido de hidrogeno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	PAPEL/FILM TYVEK DE 400 mm X 70 MTS	NO CUMPLE	SE REQUIERE PAPEL TYVEK NO PAPEL GRADO MEDICO
25	LD120000015	ROLLO PLANO 200CM X 250MM	Papel para esterilizacion de 25 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	PAPEL/FILM ESTERILIZACION 250 mm x 200 mt	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
26	LD120000014	ROLLO PLANO 30 X 200	Papel para esterilizacion de 30 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	PAPEL/FILM ESTERILIZACION 300 mm x 200 mt	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
27	LD120000013	ROLLO PLANO 7.5 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 7,5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	PAPEL/FILM ESTERILIZACION 75 mm x 200 mt	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
28	LD120000003	ROLLO PLANO DE 10 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 10 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	PAPEL/FILM ESTERILIZACION 100 mm x 200 mt	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
29	LD120000008	ROLLO PLANO DE 15 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 15 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	PAPEL/FILM ESTERILIZACION 150 mm x 200 mt	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
30	CE04	ROLLO PLANO DE 5 CM X 200 METROS GRADO MEDIC	Papel para esterilizacion de 5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	BIOPLAST S.A.S	PAPEL/FILM ESTERILIZACION 50 mm x 200 mt	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1

18	EST00012	LUBRICANTE DE USO AUTOMATICO PARA INSTRUMENTA	Lubricante libre de silicona,soluble en agua, no tóxico ni pegajoso que soporte altas temperaturas, para uso en lavadoras termodesinfectoras. que forme una barrera protectora en el instrumental quirúrgico evitando la oxidación,manchas y corrosión que puedan afectar el instrumental quirúrgico. dede ser compatible con cualquier método de esterilización	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	LM INSTRUMENTS S.A.	SURGISLIP Lubricante de uso automático para instrumental quirúrgico de 4 Litros	CUMPLE	
22	DM0000505	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Renovador de instrumental de acero inoxidable para la eliminacion de trazas de proteínas, depósitos de óxido de hierro y otras muestras de oxidación.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	LM INSTRUMENTS S.A.	Desincrustante Surgistain de 4 Litros	CUMPLE	
13	LD120000009	CINTA AUTOADHESIVA CONTROL QUIMICO A VAPOR	Cinta indicadora externa libre de plomo para el cierre y control de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor, Ciclos esterilización con vapor a 121, 132, 134, 135°C, de color con respaldo de papel color Verde-Azulado, impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color durante el proceso de esterilización por vapor a negro	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	31001950 CINTA ADHESIVA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR, DE 19 MM X 50 MTS.	CUMPLE	
14	V0000038	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA (CAJA X	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA UNICA FINAL SUPER RAPIDA A 24 MINUTOS TAPA CAFÉ, PARA CICLOS DE ESTERILIZACION DE VAPOR ASISTIDOS CON VACIO DE 121°c A 135° GRADOS	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	LCB063 CONTROL BIOLOGICO ULTRARAPIDO "CELERITY STEAM" PARA VAPOR. LECTURA EN 20 MINUTOS. CAJA POR 25 VIALES.	NO CUMPLE	No se identifica la validacion de ciclos en relacion tempertaura y meseta para verificar que funcione con nuestros esterilizadores
15	V0000035	INTEGRADOR QUIMICO OXIDO DE ETILENO.	Control de categoría Tipo 4 (según la norma ISO 11140-1) que verifica si se cumplieron todas las variables críticas del ciclo de esterilización por oxido de etileno.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	ECE50 INDICADOR MULTIVARIABLE PARA OXIDO DE ETILENO, TIPO 4 X 200 TIRILLAS.	CUMPLE	
18	EST00012	LUBRICANTE DE USO AUTOMATICO PARA INSTRUMENTA	Lubricante libre de silicona,soluble en agua, no tóxico ni pegajoso que soporte altas temperaturas, para uso en lavadoras termodesinfectoras. que forme una barrera protectora en el instrumental quirúrgico evitando la oxidación,manchas y corrosión que puedan afectar el instrumental quirúrgico. dede ser compatible con cualquier método de esterilización	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	ANI81 RL - LUBRICANTE Y SECANTE RAPIDO EN MAQUINAS TERMODESINFECTORAS. PRESENTACION: 5 LITROS	CUMPLE	
20	EST00002	PAPEL POLIPROPILENO 120X120 (NOVOTEX) CAJA X	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 40 g/m², 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 120 x 120	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	E121220 TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO, TIPO ENVOLVEDERA, APTA PARA TODOS LOS SISTEMAS DE ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA, EN PLIEGOS DE 120 CMS X 120 CMS, 60 GRAMOS, CAJA X 200 UNDS	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
21	EST00093	PAPEL POLIPROPILENO SMS 120X120 TERMOSELLADO CAPACIDAD DE CARGA MINIMO 8KG	Tela no tejida fabricada 100 % con fibras de polipropileno en calidad de gramajes que oscilan entre 50 g/m² y 60 g/m², en medida de 120 x 120	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	NIOS R444 - RENOVADOR Y DESINCRUSTANTE DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE, GARRAFA X 1 LITRO. HACER UNA DILUCION ENTRE EL 3% Y EL 5% EN AGUA TIBIA. MARCA ANIOS	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
22	DM0000505	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Renovador de instrumental de acero inoxidable para la eliminacion de trazas de proteínas, depósitos de óxido de hierro y otras muestras de oxidación.	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	32001950 CINTA ADHESIVA PARA CONTROL DE ESTERILIZACIÓN CON GAS ETO. DE 19 MM X 50 MTS.	NO CUMPLE	INSUMO OFERTADO NO CORRESPONDE A RENOVADOR
23	V0000036	rollo de cinta testigo oxido de etileno	Cinta indicadora impresa en un patrón diagonal, con una tinta indicadora que cambia de color de VERDE a MARRON /ROJIZO durante el proceso de esterilización por OXIDO DE ETHILENO	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	ESTT400 ROLLO EN TYVEK/PL STICO PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PLASMA, CON INDICADOR, BLANCO, SIN FUELLE, DE 40 CM. X 70 MTS.	CUMPLE	
25	LD120000015	ROLLO PLANO 200CM X 250MM	Papel para esterilizacion de 25 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	ESTP2520 ROLLO EN PAPEL/PLASTICO PARA ESTERILIZACION, SIN FUELLE, INDICADORES PARA VAPOR Y GAS E.O. Y FORMALDEHIDO, DE 25 CM. X 200 METROS. GRAMAJE: 70 (68-72) GRMS.	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
26	LD120000014	ROLLO PLANO 30 X 200	Papel para esterilizacion de 30 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	ESTP3020 ROLLO EN PAPEL/PLASTICO PARA ESTERILIZACION, SIN FUELLE, INDICADORES PARA VAPOR Y GAS EO. Y FORMALDEHIDO, DE 30 CM. X 200 METROS. GRAMAJE: 70 (68-72) GRMS.	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
27	LD120000013	ROLLO PLANO 7.5 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 7,5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	ESTP7520 ROLLO EN PAPEL/PLASTICO PARA ESTERILIZACION, SIN FUELLE, INDICADORES PARA VAPOR Y GAS EO. Y FORMALDEHIDO, DE 7.5 CM. X 200 METROS. GRAMAJE: 70 (68-72) GRMS.	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
28	LD120000003	ROLLO PLANO DE 10 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 10 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	ESTP1020 ROLLO EN PAPEL/PLASTICO PARA ESTERILIZACION, SIN FUELLE, INDICADORES PARA VAPOR Y GAS EO. Y FORMALDEHIDO, DE 10 CM. X 200 METROS. GRAMAJE: 70 (68-72) GRMS.	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
29	LD120000008	ROLLO PLANO DE 15 CM x 200 METROS	Papel para esterilizacion de 15 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	ESTP1520 ROLLO EN PAPEL/PLASTICO PARA ESTERILIZACION, SIN FUELLE, INDICADORES PARA VAPOR Y GAS EO. Y FORMALDEHIDO, DE 15 CM. X 200 METROS. GRAMAJE: 70 (68-72) GRMS.	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION EN ISO 11607-1
30	CE04	ROLLO PLANO DE 5 CM X 200 METROS GRADO MEDIC	Papel para esterilizacion de 5 cm fabricado con una cara de papel grado médico (celulosa pura de alta resistencia) y la otra de film plástico transparente (polipropileno) con poros menores a 0,52 micras para bloquear bacterias y microorganismos, pero que permita el paso del agente esterilizante compatible con vapor y oxido de etileno	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	ROLLO EN PAPEL/PLASTICO PARA ESTERILIZACION, SIN FUELLE, INDICADORES PARA VAPOR Y GAS E.O. Y FORMALDEHIDO, DE 5 CM. X 200 METROS. GRAMAJE: 70 (68-72) GRMS.	NO CUMPLE	NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION DE ISO 11607-1
31	MO10000561	CEPILLO LIMPIEZA DE NAILON DE DOBLE PUNTA 2MM X 8MM	cepillo plano doble cara con cerdas nylon de alta densidad para lavado de superifícies externas de instrumental quirurgico con mango de plastico cristalino	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON		CUMPLE	
33	EST00095	TEST DE LAVADO PARA TERMODESINFECTORA	test para la verificacion de la eficacia en limpieza y remoción de materia orgánica del equipo automatizado según la norma ISO 15883	INSUMOS DE CENTRAL DE REPROCESAMIENTO	SURGICON	AB2315 INDICADOR "STF LOAD CHECK", PARA CONTROLAR LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA REALIZADA POR LAS LAVADORAS Y DESINFECTORAS. CAJA X 100.	CUMPLE	

Jessica Ballén

Jessica Alejandra Ballen
Jefe servicio de esterilización
Evaluación de requisitos habilitantes
Publicación inicial para subsanacion de proveedores